

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
401	TR-600问题	错误	新建	普通	称重传感器线插接松动,容易脱落	zhangzhahui	2018-05-31 12:09	
387	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	电路板测试工装	zhangzhahui	2018-02-23 00:41	2018-03-15
378	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	可行性-垂直跟随电机性能	zhangzhahui	2018-02-22 23:59	2018-03-09
377	TR-600问题	错误	新建	普通	TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0	zhangzhahui	2018-01-09 09:13	2018-01-09
375	TR-600问题	功能	新建	普通	TR-600 导电铜轮阻值变大,导致无法充电	zhangzhahui	2018-01-06 08:31	2018-01-06
369	TR-600问题	错误	新建	普通	手持控制器出现屏幕乱码	zhangzhahui	2018-01-03 04:16	2018-01-31
294	TR-600问题	功能	新建	普通	待机时间40小时,小于80小时	zhangzhahui	2018-01-23 03:52	2017-11-24
291	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	半自动-集成调试-并轨	zhangzhahui	2018-02-23 00:13	2018-03-15
290	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	半自动-集成调试-变轨	zhangzhahui	2018-02-23 00:13	2018-03-15
289	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	错误	新建	普通	全自动-集成调试-并轨	zhangzhahui	2018-02-23 00:11	2018-03-15
288	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	全自动-集成调试-变轨	zhangzhahui	2018-02-23 00:10	2018-03-15
268	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	安规三项测试仪器操作的学习	zhangzhahui	2017-11-21 01:06	2017-11-03
114	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	电气加工焊接	zhangzhahui	2017-11-21 01:51	2017-12-07
106	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	转/变/并功能实现及调试	zhangzhahui	2017-11-06 09:39	2017-10-20
104	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	电路板加工焊接-2套	zhangzhahui	2017-09-21 02:59	2017-09-18
103	全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划)	功能	新建	普通	转/变/并电路板	zhangzhahui	2017-09-21 03:01	2017-09-09
78	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	样品设计沟通	zhangzhahui	2017-12-22 08:59	2017-10-20
77	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	称重传感器-2nd source	zhangzhahui	2018-02-22 23:52	2018-02-28
76	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	故障处理机制的梳理	zhangzhahui	2017-09-21 01:22	
74	病人转移和康复系统TR-600	支持	进行中	普通	电池充放电	zhangzhahui	2018-01-23 03:58	2018-05-30