

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #167

功能 # 165 (新建): 环境定标

温湿度传感器精度测试

2017-09-28 06:45 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-13
指派给:	xiaolei	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-10-10 01:11 - xiaolei

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 50

和霍尼韦尔的压差传感器读出的温度值对比，差别1 ° 以内，见测试文档
进一步测试需要工业级的高精度温湿度传感器做对比