

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #168

功能 # 165 (新建): 环境定标

温湿度传感器受供电电压影响测试

2017-09-28 06:46 - yinna

状态:	已解决	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-13
指派给:	xiaolei	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-10-10 01:08 - xiaolei

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*

- % 完成从 0 变更为 100

用3.3V和3.0V分别给传感器1供电，其结果和以3.3V供电的传感器2、3没太大差别，见测试文档

#2 - 2017-10-19 03:21 - xiaolei

- 状态从 *已关闭* 变更为 *已解决*