

病人转移和康复系统TR-600 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
411	错误	新建	普通	无下限位		2018-06-05 09:48	
406	错误	新建	普通	手持显示屏异常，界面不停刷新		2018-06-01 15:48	
405	错误	新建	普通	行程达不到160cm		2018-06-01 15:45	
404	错误	新建	普通	无上限位		2018-06-01 15:45	
403	错误	新建	普通	按键无动作，抱闸打不开		2018-06-01 15:44	
402	错误	新建	普通	不充电		2018-06-01 15:42	
401	错误	新建	普通	称重传感器线插接松动，容易脱落	zhangzhihui	2018-05-31 12:09	
400	错误	新建	普通	承重结构不平衡，造成称重不准确	hanchaohui	2018-05-31 12:08	
399	错误	新建	普通	电源板烧坏	李学	2018-05-31 12:07	
398	错误	新建	普通	吊带负重测试种磨边、卷边	hanchaohui	2018-05-31 12:07	
397	错误	新建	普通	手持显示屏字迹清除不掉	李学	2018-05-31 12:06	
396	错误	新建	普通	手持显示屏乱码	李学	2018-05-31 12:06	
377	错误	新建	普通	TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0	zhangzhihui	2018-01-09 09:13	2018-01-09
376	错误	新建	普通	TR600 老化工装抱闸问题	hanchaohui	2018-01-15 01:40	
369	错误	新建	普通	手持控制器出现屏幕乱码	zhangzhihui	2018-01-03 04:16	2018-01-31
93	错误	新建	普通	跑台采购	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-04-30
84	错误	新建	普通	安装核算工具	hanchaohui	2017-11-28 05:03	2018-05-31
75	错误	新建	普通	刹车反映不及时	hanchaohui	2018-01-15 01:45	2017-10-14
46	错误	新建	普通	内审-round2	heyanni	2017-11-21 01:04	2017-10-17